

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1095 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40490/79420 Fax: ++ 43 1 40490/9794 DVR: 0504661

An
**HAGLEITNER HYGIENE
INTERNATIONAL GmbH.**
Lunastrasse 5
A-5700 Zell/See

Wien, 15.10.2010



septLIQUID FORTE

auf der Basis von Propan-1-ol und Propan-2-ol wurde
am 26.3.2010 von Dipl.-Ing.Dr.nat.techn. A. Sorger (St. Johann)
und am 5.5.2010 von Priv.Doiz.Dr.med.habil. G. Schrader (Weimar)
auf seine desinfizierende Wirksamkeit geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

Hygienischen Händedesinfektion

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

unverdünnt mindestens **3 ml** während mindestens **30 s** einreiben.

Diese Expertise gilt bis zum 15 Oktober 2013.


Univ.Prof.Dr.med. G. Wewalka

Vorsitzender des Begutachtungsausschusses